

FICHA TÉCNICA

OROTOL PLUS		
REFERENCIAS	0204: Orotol plus 2,5l	
FABRICANTE / RESPONSABLE	DURR DENTAL SE Hopfigheimer Str. 17 74321 Bietigheim-Bissingen Germany	
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	Producto Sanitario Clase IIa, según reglamento 2017/745 UE.	
DESCRIPCIÓN	Es un concentrado altamente eficaz para la limpieza, desodorización, limpieza y mantenimiento simultáneos de todas las instalaciones de aspiración dentales, separadores de amalgama y escupideras. Características: -Bactericida, levurocida, virucida limitado (virus encapsulado, incluyendo HBV, HCV, HIV y coronavirus), así como adenovirus y norovirus. - Deshace la biopelícula y evita el enlodamiento a través de sangre y proteínas. - La solución para sistemas de aspiración contaminados que garantiza la protección contra infecciones. - Compatibilidad con los materiales contrastada.	
ESPECIFICACIONES	Datos físicos Concentrado: Aspecto: líquido amarillo y transparente Densidad: D = 1,09 ± 0,02 g/cm³ (20 °C) pH: 12,8 ± 0,3 Solución de trabajo (2 %): Aspecto: solución incolora pH: 10,5 ± 0,5	
COMPOSICIÓN	-Orotol plus se basa en una combinación compuestos de amonio cuaternario, componentes detergentes alcalinos, agentes complejantes, antiespumantes especiales y adyuvantes en solución acuosa. -100 g de Orotol plus contienen: 4,4 g de cloruro de dimetildioctilamonio, 0,6 g de cloruro de bencildimetildodecilamonio.	

EMBALAJE	Botella de 2,5 L.
CADUCIDAD	3 años.
INSTRUCCIONES DE USO	Ver instrucciones en el producto. 
FINALIDAD	Mediante el uso diario de Orotol plus, garantiza un funcionamiento técnico e higiénico perfecto de los equipos de aspiración.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar el producto entre 5 °C y como máx. temperatura ambiente.

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.